



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 1

Technická specifikace

„Dodávka zdravotnického vybavení 3“ v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077

Technické parametry a jakostní a funkční požadavky specifikované v této příloze jsou uvedeny jako minimální, které musí nabízené zboží splnit. Uchazeči musí v nabídce deklarovat splnění těchto požadavků a u jednotlivých položek uvést obchodní název a výrobce nabízeného zboží a jeho základní technické parametry prokazující splnění všech požadavků zadavatele uvedených v příloze.

Nabízené zboží musí splňovat veškeré technické, hygienické a další parametry stanovené pro tento typ zboží právními předpisy a normami upravujícími oblast zdravotnictví a školství.

Pokud tato příloha obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého výrobce za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry s důrazem na zachování kompatibility. V takovém případě musí uchazeč prokázat splnění všech funkcí a parametrů definovaných zadavatelem v této příloze, a to formou tabulkového porovnání parametrů požadovaného a nabízeného zboží (jednotlivých prvků).

SPECIFIKACE POŽADOVANÉ DODÁVKY

Zboží/max. cena včetně DPH	Minimální požadavek zadavatele
Sada polohovacích pomůcek – 1 ks, max. cena 5 000 Kč/sada	Rehabilitační podložky jsou určeny k polohování pacientů, jako prevence dekubitů, při rehabilitačním cvičení. Provedení: kvalitní PUR pěna s různou hustotou, bavlněný jednobarevný povlak, omyvatelný povlak, který zaručuje paroprodyšnost, vodoodpudivost, odolnost proti promáčení.
Oxymetr – 2 ks, max. cena 3 000 Kč/ks	Prstový pulsní oxymetr k rychlému a přesnému měření tepové frekvence a saturace krve kyslíkem. Přenosný, lehký, pro různé typy prstů (děti i dospělé), jednoduché ovládání, kompaktní, zobrazení stavu baterie, automatický alarm - vizuální i akustický, lehce vyměnitelné typizované baterie
Glykometr – 2 ks, max. cena 3 000 Kč/ks	Snadno čitelný displej, měřicí rozsah min. 0,55 -33,3 mmol/L, paměť, doba měření cca 5 sekund, lehce vyměnitelné typizované baterie Součástí: testovací proužky (min. 10 ks), 1ks odběrové



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 1

	pero (autolancetu), jehličky (lancety) do odběrového pera (min. 10 ks), 1 ks kontrolní roztok, 1 ks cestovní obal, baterie
Simulátor péče o stomie – 1 ks, max. cena 17 000 Kč/ks	Model s autentickým napodobením anatomie kolostomie a ileostomie. Model břišní stěny s min. 4 stomickými vývody umožňující nácvik dilatace stomie vložením prstů. Omyvatelný, přizpůsobený pro možnost ovazování rány a přikládání stomických pomůcek. Součástí: obal pro uložení modelu a směs umělé stolice
Nemocniční noční stolek – 2 ks, max. cena 5 000 Kč/ks	Dřevěný noční stolek na kolečkách (2 kolečka brzděná), barva – imitace světlý buk, zásuvka a skříňka, police a košíky na lahve, výklopná výškově stavitelná deska (pro čtení, servírování jídla apod.), horní deska umyvatelný umakart. Rozměry: 850 x 520 x 400 mm.
Polohovací lůžko – 1 ks, max. cena 20 000 Kč/ks	Elektronické ovládání, měnitelná celková výška roštu v rozsahu 40 až 85 cm + výška matrace, měnitelná výška postranních bočnic, bočnice stavitelné na obou stranách, postel na kolečkách s brzdíčkami, provedení dřevo, vnější rozměry postele min.220 x 105 cm (délka x šíře), ložná plocha 90 x 200 cm, součástí kovová hrazda, hrazdička a matrace.

V Olomouci 1. srpna 2014

.....
Mgr. Jana Raková, MBA
Statutární zástupkyně ředitelky školy