

## Dodávka ICT zařízení a vybavení

### Příloha č. 2 - 2: Technická specifikace - část 2 (Dodávka spektrofotometru pro vyhodnocování kvality tiskové produkce)

#### Požadavky:

Položka	Požadavky	Počet jednotek
<b>Ruční spektrofotometr pro měření a vyhodnocování kvalitativních parametrů tiskovin včetně SW pro zobrazení/vyhodnocování měřených veličin v PC.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- měření procesních a přímých barev (kolorimetrické funkce CIE Lab)</li><li>- standardy měření dle ISO 13655:2009 za podmínek osvětlení M0, M1, M2, M3</li><li>- možnost volby apertur</li><li>- funkce pro měření tónové hodnoty, opacity, metamerie, papíru, tiskových forem, tiskového kontrastu</li><li>- integrovaná knihovna barev</li><li>- interface (rozhraní) Bluetooth pro bezdrátový přenos dat</li><li>- SW pro propojení přístroje s PC/notebook</li><li>- Návod na obsluhu v českém jazyce</li></ul>	<b>1</b>
<b>Zaškolení obsluhy přístroje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- zaškolení obsluhy přístroje v délce 4 hodin pro 4 osoby</li></ul>	

#### Nabídka:

Položka	Nabídka
	(uchazeč uvede název a typ/model nabízeného plnění a podrobný popis, ze kterého bude jasně zřejmé, že nabízené

	plnění splňuje výše uvedené technické požadavky)
<b>Ruční spektrofotometr pro měření a vyhodnocování kvalitativních parametrů tiskovin včetně SW</b>	<b>[DOPLNÍ UCHAZEČ]</b>
<b>Zaškolení obsluhy přístroje</b>	<b>[DOPLNÍ UCHAZEČ]</b>